Performa-ModeEmploiSimplifie 16/03/09 16:55 Page 1

MESURE DE LA GLYCEMIE

1 **Insérez la puce** de calibration à l'ouverture de la boîte de bandelettes.

2 **Insérez la bandelette**, le lecteur s'allume automatiquement.

3 **Vérifiez** que **le code** affiché à l'écran correspond au code du flacon de bandelettes.

Le symbole d'une goutte clignote à l'écran.
Prélevez une petite goutte de sang.

4 **Appliquez la goutte de sang** à l'extrémité de la bandelette.

Lorsque la quantité de sang est suffisante, vous entendrez un « **bip** », un sablier apparaît à l'écran.

Résultat en 5 secondes
Au retrait de la bandelette, le lecteur s'éteint automatiquement.

PRÉLÈVEMENT CAPILLAIRE

1er autopiqueur à barillet avec 6 lancettes intégrées

ACCU-CHEK® Multiclix

Enlevez l'embout de l'autopiqueur.
Insérez un barillet neuf et replacez l'embout.

Lorsque la fenêtre de visualisation n'indique plus de barre blanche, enlevez l'embout et retirez le barillet usagé. Insérez ensuite un nouveau barillet.

PRÉLÈVEMENT SUR SITES ALTERNATIFS

(Base du pouce ou de l'auriculaire, bras, avant-bras, cuisse ou mollet)

L'autopiqueur Accu-Chek Multiclix **à l'aide de son embase transparente** ainsi que le lecteur Accu-Chek Performa permettent un prélèvement sanguin sur sites alternatifs.
Respectez bien les recommandations de votre médecin.

3287 - PRO(G 04 76 41 31 31 Réf. 0004020 **8505 v2** - 01/2009

ACCU-CHEK® Performa

Mode d'emploi simplifié

L'essentiel tout simplement !

Assistance utilisateurs
N° Vert 0 800 27 26 93
appel gratuit à partir d'un poste fixe

www.accu-chek.fr

Roche

ACCU-CHEK®, ACCU-CHEK® Performa, ACCU-CHEK® Multiclix sont des marques du Groupe Roche.
© 2007 Roche Diagnostics

ACCU-CHEK®

Performa-ModeEmploiSimplifie 16/03/09 16:55 Page 4

PREMIÈRE UTILISATION

1 **Insérez la puce** de calibration à l'ouverture de la boîte de bandelettes.

2 Allumez le lecteur en **appuyant sur** ⓘ.

3 Le lecteur est préréglé.
Appuyer 5 fois sur ⓘ pour valider les paramètres (heure, minutes, jour, mois, année).
Il est possible de les modifier en appuyant sur ◀ ou ▶.

4 Lorsque la bandelette clignotante apparaît à l'écran vous pouvez :

- Eteindre le lecteur en appuyant sur ⓘ

ou bien

- Insérer une bandelette dans le lecteur et faire votre glycémie.

RÉGLAGES : POUR ALLER PLUS LOIN

ⓘ VALIDER | ◀ ▶ MODIFIER LES PARAMÈTRES

Paramètres à régler :
heure, minutes, jour, mois, année, signal sonore, sonneries de rappel (jusqu'à 4 sonneries programmables), **alerte de risque d'hypoglycémie**.

1 **Pour accéder au mode réglage,** appuyez sur la touche ⓘ.
Le lecteur se met en marche.



2 Appuyez longuement sur la touche ⓘ jusqu'à ce que « **set-up** » s'affiche.

Les paramètres « **set-up** », « **heure** » et « **date** » apparaissent.

3 Pour modifier un paramètre, appuyez sur ◀ ou ▶.
Pour passer au paramètre suivant, appuyer sur ⓘ.

Vous pouvez **quitter le mode réglage** à tout moment en appuyant longuement sur la touche ⓘ. Le symbole de la bandelette clignote .
Vous pouvez alors insérer une bandelette pour réaliser une glycémie, ou bien éteindre le lecteur en appuyant sur la touche ⓘ.

MÉMOIRES ET MOYENNES

MÉMOIRES

Lecteur éteint, appuyez sur la touche ◀ ou ▶ pour accéder à la **mémoire**.
Le résultat le plus récent apparaît.
Appuyez sur la touche ◀ pour afficher les **résultats précédents** et sur la touche ▶ pour revenir aux résultats les plus récents.
Appuyez sur la touche ⓘ pour éteindre le lecteur.

MOYENNES

Lecteur éteint, appuyez sur la touche ◀ ou ▶ pour accéder à la mémoire.
Le résultat le plus récent apparaît.
Appuyez sur la touche ▶ pour avoir les **moyennes** sur 7, puis sur 14 ou 30 jours.
Appuyez sur la touche ⓘ pour éteindre le lecteur.

CONNEXION INFORMATIQUE

Lecteur éteint, appuyez simultanément sur les touches ◀ et ▶ jusqu'à ce que le voyant ci-dessous apparaisse en clignotant :



Vous pouvez maintenant transférer par infrarouge vos données à un ordinateur ou à un ordinateur de poche.